



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Barra Mansa  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Nº DO PROCESSO 5132/2022	Nº DO DESPACHO 02	RUBRICA 
-----------------------------	----------------------	-------------

A faixa de intervalo de hematócrito devem corresponder os valores normais de eritrócitos no sangue.

A embalagem das tiras deverá garantir a conservação e qualidade das tiras e o aparelho deverá possuir codificações automáticas sem necessidade de digitação de código.

Vagner Fernandes Pereira  
Farmacêutico  
CRF RJ 12759

08/06/2022

A Farmácia Municipal  
de Barra Mansa quanto  
a Impugnação da  
empresa Araça e Neto

21/06/2022

À CPL,

O que se vise é a amplitude de competitividade e a procura de proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

As fitas de glicemia são utilizadas em ambiente de Unidade Básica de Saúde (UBS) e em domicílios, portanto, não há significância no interesse de origem, sendo o mesmo importante em caso de uso em ambiente hospitalar.

Dado o volume de medicação nas Unidades Básicas e no uso domiciliar que é mensal, a embalagem das tiras deve garantir a conservação e qualidade, bastando serem válidas por no mínimo de um ano até esse período de uso.

Vagner Fernandes Pereira  
Farmacêutico  
CRF RJ 12759

21/06/2022